



DA-292.1.86,88,92,93,103,106.109.2/2019

Kraków, dn.19.11.2019 r.

Do Wykonawców

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki nr DA-292.1.86,88,92,93,103,106.109.1/2019 z dnia 13.11.2019 r. prowadzonym na mocy postanowień art. 4 d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. ustawy Dz.U. 2018 poz. 1986) w związku z art.469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668). którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacja aparatury laboratoryjnej.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Dotyczy zadania nr 1 – wirówka laboratoryjna

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirnik kątowy, kompatybilny z wyspecyfikowaną wirówką, mieszczący 6 probówek o pojemności 50 ml, hermetycznie uszczelniany pokrywą, kąt nachylenia 30°?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wirnik kątowy, kompatybilny z wyspecyfikowaną wirówką, mieszczący 6 probówek o pojemności 50 ml, hermetycznie uszczelniany pokrywą, kąt nachylenia 30°.

KANCLERZ

mgr Tomasz Szansek