



UNIwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
DZIAŁ APARATURY
NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. +48 (12) 662 4272, tel./fax +48 (12) 633 5729
(1)

DAN-D-292.1.16.2/2018

Kraków, dn. 21.08.2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy; postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki nr DAN-D-292.1.16.1./2018 z dnia 07.08.2018 r. prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. ustawy Dz. U. z 2017 poz. 1579) oraz art. 30a -30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2018 poz.87.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawu do chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytania następującej treści:

Czy dopuszczają Państwo automatyczny podajnik o pojemności 216 próbek (fiolek 2 ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie automatycznego podajnika (autosamplera) o pojemności 216 próbek (fiolek 2 ml).

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
[Signature]
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski