



## Do Wykonawców

Dotyczy; postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki nr DAN-D-292.1.3.1/2018 z dnia 07.02.2018 r. prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. ustawy Dz. U. z 2015 poz. 2164) oraz art. 30a -30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2018 poz.87 t.j.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy szafy termostatycznej.

### Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza czas dokonania napraw: nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czas dokonania napraw nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia spedycją „pod drzwi” bez wniesienia, instalacji sprzętu i szkolenia dla pracowników Zamawiającego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu.

Z wyrazami szacunku

PROREKTOR  
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  
*prof. dr hab. inż. Florian Gambus*